



Szczecinek, dnia 28.12.2021 r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/1.2/2021  
W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU**

**I. NAZWA, ADRES I DANE TELEADRESOWE ZAMAWIAJĄCEGO**

---

**Electronic Power and Market Sp. z o.o.**

ul. Junacka 7  
78-400 Szczecinek

**Osoba do kontaktu:**

Informacje na temat zamówienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00 pod numerem telefonu lub e-mailem:

Iwona Ryszkowska  
tel.: +48 94 37 408 90 w. 34  
fax: +48 94 37 249 13  
e-mail: iwona.ryszkowska@epm.com.pl

Pytania do niniejszego postępowania powinny mieć formę pisemną i zostać wysłane na adres e-mail osoby do kontaktu.

**II. TRYB POSTĘPOWANIA**

---

1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego firmy Electronic Power and Market” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.
2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z *Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.*
3. Zamawiający nie podlega ustawie PZP.

**III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

---

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komory klimatycznej.
2. Kody CPV:  
38900000-4 Różne przyrządy do badań lub testowania  
38970000-5 Badawcze, testowe i naukowe symulatory techniczne
3. Oczekiwane parametry i funkcjonalności przedmiotu zamówienia:





- 3.1. obieg powietrza: wymuszony
  - 3.2. pojemność użytkowa komory od 100 do 120 litrów
  - 3.3. drzwi: podwójne (zewnątrzne pełne, wewnętrzne szklane)
  - 3.4. zakres temperatury pracy od co najmniej 0 do +60°C
  - 3.5. zakres wilgotności od co najmniej: 30 do 90 %
  - 3.6. mikroprocesorowy sterownik PID z graficznym wyświetlaczem LCD
  - 3.7. materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna
  - 3.8. materiał obudowy: blacha malowana proszkowo
  - 3.9. waga urządzenia nie więcej niż: 100 kg
  - 3.10. otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika o średnicy co najmniej 30mm
  - 3.11. zasilanie minimum 230V 50-60Hz
  - 3.12. moc znamionowa: nie więcej niż 1400W
  - 3.13. regulacja temperatury: co najmniej 0.1° C
  - 3.14. regulacja wilgotności: co najmniej 1%
  - 3.15. czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 7'
  - 3.16. komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi
  - 3.17. podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu
  - 3.18. sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury
  - 3.19. kontrola dostępu przez logowanie zabezpieczone hasłem
  - 3.20. pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów
  - 3.21. sygnalizacja otwartych drzwi
4. Zamawiający wymaga minimum 24 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.

#### IV. OCENA

---

1. Niniejsze zapytanie ofertowe ma na celu potwierdzenie, że zamówienie wykonane zostanie po cenie rynkowej.
2. Badana będzie cena ofertowa netto za przedmiot zamówienia.
3. Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w szczególności cenę przedmiotu zamówienia, koszty transportu (w tym załadunku, wyładunku) oraz wszelkie należności publicznoprawne jakie obowiązany będzie uiścić Wykonawca lub Zamawiający z tytułu realizacji umowy.

#### V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

---

05.01.2022 r. do końca dnia

#### VI. TERMIN REALIZACJI UMOWY

---

Realizacja zamówienia w ciągu 7 dni roboczych od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

#### VII. POZOSTAŁE INFORMACJE

---

1. Sposób przygotowania oferty:





- 1.1. Oferta powinna zostać podpisana przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji tj. przez osobę (osoby) upoważnioną w dokumentach rejestrowych firmy lub posiadającą pełnomocnictwo do dokonywania określonych czynności prawnych. Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentu, z którego wynika sposób reprezentacji Wykonawcy, o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).
2. Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Oferentów poprawy omyłek rachunkowych, uzupełnienia załączników do oferty lub złożenia dodatkowych wyjaśnień związanych z ofertą.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na każdym jego etapie i niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

#### VIII. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ NIEZBĘDNYCH DO ZŁOŻENIA WRAZ Z OFERTĄ

Ofertę należy złożyć na **Formularzu ofertowym** stanowiącym **załącznik nr 1** do zapytania ofertowego. Do oferty należy dołączyć:

1. **Kartę spełniania wymagań** stanowiącą **załącznik nr 2** do niniejszego zapytania ofertowego,
2. **Opis oferowanego przedmiotu zamówienia** potwierdzający spełnienie wymagań określonych w punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 „Karta spełniania wymagań” (np. karta katalogowa).
3. **Aktualny dokument rejestrowy** np. KRS / CEiDG – o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEiDG).
4. **Pełnomocnictwo do reprezentacji** – tylko w przypadku gdy dokumenty podpisywane są przez inną osobę niż wskazana do reprezentacji zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.

#### IX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę należy złożyć w formie:
  - a. papierowej na adres: Electronic Power and Market Sp. z o.o., ul. Junacka 7, 78-400 Szczecinek lub
  - b. elektronicznej na adres e-mail: iwona.ryszkowska@epm.com.pl lubnie później niż do końca dnia 05.01.2022 r.

V-CE PREZES

*mgr inż. Jacek Grunt*

**EP&M**  
**ELECTRONIC POWER AND MARKET**  
Spółka z o.o.  
78-400 Szczecinek, ul. Junacka 7  
tel. 94 37 236 00, 94 37 408 90, fax 94 37 249 13  
NIP 673-000-79-86

FORMULARZ OFERTOWY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 4/1.2/2021 z dnia 28.12.2021 r. dotyczące dostawy komory klimatycznej składam ofertę następującej treści:

I. DANE WYKONAWCY

Lp.	Wymagane informacje:	Informacje podane przez Wykonawcę:
1.	Nazwa Wykonawcy:	
2.	Adres pocztowy Wykonawcy:	
3.	Nr telefonu:	
4.	Nr faksu:	
5.	Adres e-mail:	
6.	REGON:	
7.	NIP:	
8.	Dane osoby do kontaktu: Imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail	





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Pomorze Zachodnie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



## II. OFERTA CENOWA

Oferuję realizację zamówienia zgodnie ze specyfikacją zamieszczoną w zapytaniu ofertowym za cenę:

Lp.	Nazwa/model oferowanego przedmiotu zamówienia	Cena netto	Ilość	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto	Okres gwarancji w miesiącach
1.							

## III. OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z warunkami zapytania ofertowego, nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz uzyskałem informacje niezbędne do przygotowania oferty.
2. W cenie zostały wliczone wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
3. Wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są poprawne.
4. Ważność oferty wynosi 30 dni od terminu składania ofert określonego w treści zapytania.

## IV. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do niniejszej oferty są (*\*przekreślić jeśli nie dotyczy*):

1. Karta spełniania wymagań stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego,
2. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzający spełnienie wymagań określonych w punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 2 „Karta spełnienia wymagań”.
3. Aktualny dokument rejestrowy np. KRS / CEIDG –o ile dokument taki nie jest dostępny w ogólnodostępnych rejestrach (np. KRS, CEIDG).\*



**Pomorze Zachodnie**



4. Pełnomocnictwo do reprezentacji – tylko w przypadku gdy dokumenty podpisywane są przez inną osobę niż wskazana do reprezentacji zgodnie z aktualnym dokumentem rejestrowym.\*

.....

(miejscowość i data)

.....

(imię i nazwisko oraz podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)





**KARTA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

Lp.	Przedmiot zamówienia	Nazwa parametru/ funkcjonalności	TAK/NIE	Potwierdzenie w opisie oferowanego przedmiotu zamówienia
1.	Dostawa i montaż komory klimatycznej	3.1. obieg powietrza: wymuszony	TAK/NIE	
		3.2. pojemność użytkowa komory od 100 do 120 litrów	TAK/NIE	
		3.3. drzwi: podwójne (zewnątrzne pełne, wewnętrzne szklane)	TAK/NIE	
		3.4. zakres temperatury pracy od co najmniej: 0 do +60°C	TAK/NIE	
		3.5. zakres wilgotności od co najmniej 30 do 90 %	TAK/NIE	
		3.6. mikroprocesorowy sterownik PID z graficznym wyświetlaczem LCD	TAK/NIE	
		3.7. materiał komory: stal nierdzewna kwasoodporna	TAK/NIE	
		3.8. materiał obudowy: blacha malowana proszkowo	TAK/NIE	
		3.9. waga urządzenia nie więcej niż: 100 kg	TAK/NIE	
		3.10. otwór do wprowadzenia zewnętrznego czujnika o średnicy co najmniej 30mm	TAK/NIE	
		3.11. zasilanie minimum 230V 50-60Hz	TAK/NIE	
		3.12. moc znamionowa: nie więcej niż 1400W	TAK/NIE	
		3.13. regulacja temperatury: co najmniej 0.1° C	TAK/NIE	
		3.14. regulacja wilgotności: co najmniej 1%	TAK/NIE	
		3.15. czytelny, kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 7'	TAK/NIE	
		3.16. komunikacja i transfer danych przez: LAN, USB, WiFi	TAK/NIE	
		3.17. podgląd danych pomiarowych w postaci tabeli i wykresu	TAK/NIE	
		3.18. sygnalizacja wizualna i dźwiękowa przekroczenia zadanej temperatury	TAK/NIE	
		3.19. kontrola dostępu przez logowanie	TAK/NIE	





Fundusze Europejskie  
Program Regionalny



Pomorze **Zachodnie**

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



		zabezpieczone hasłem		
		3.20. pamięć wewnętrzna dla danych pomiarowych oraz programów	TAK/NIE	
		3.21. sygnalizacja otwartych drzwi	TAK/NIE	

.....  
*(imię, nazwisko oraz podpis osoby  
upoważnionej do reprezentacji)*